



ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Batorego 44
tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10
fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl
NIP 532-16-63-132; REGON 017235030; KRS 0000129641

Pismo dot. : nr spr. 03/2012

Otwock, dnia 16.01.2012 r.

Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Sukcesywną dostawę osprzętu do koagulacji oraz innych wyrobów chirurgicznych do Szpitala Powiatowego w Otwocku” - nr spr. 03/2012

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pytania Wykonawców:

1. Dotyczy zadania 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ERGO – PEN z kablem o dł. 4,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
2. Dotyczy zadania nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści ERGO – PEN z kablem o dł. 4,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
3. Dotyczy zadania 1, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający wymaga uchwytów przeznaczonych do minimum 100 cykli sterylizacji?
4. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą o średnicy 4 mm, dł. 500 mm?
5. Dotyczy Zadania 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą o średnicy 9 mm, dł. 500 mm?
6. Dotyczy zadania 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą o dł. roboczej 118 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zał. nr 1 do SIWZ:

Ad/1 Tak, dopuszczamy ale nie wymagamy

Ad/2 Tak, dopuszczamy ale nie wymagamy

Ad/3 Tak, dopuszczamy

Ad/4 Tak, dopuszczamy

Ad/5 Tak, dopuszczamy

Ad/6 Tak, dopuszczamy

W imieniu Zamawiającego

Artur Złotowski
D y r e k t o r Z P Z O Z O t w o c k