



ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Batorego 44
tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10
fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl
NIP 532-16-63-132; REGON 017235030; KRS 0000129641

Pismo dot. : nr spr. 03/2012

Otwock, dnia 12.01.2012 r.

Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Sukcesywną dostawę osprzętu do koagulacji oraz innych wyrobów chirurgicznych do Szpitala Powiatowego w Otwocku” - nr spr. 03/2012

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pytania Wykonawców:

1. Dotyczy zadania nr 1, punkty 1,2.

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określeń ErgoPen, które są nazwami handlowymi firmy BOWA, przez co ograniczona zostaje możliwość zaoferowania innych produktów spełniających wymagania SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwytu przeznaczone do min. 200 cykli sterylizacji z kablem przyłączeniowym o długości 4m?

3. Dotyczy zadania nr 1, punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną współpracującą z aparatem do koagulacji EXCALIBUR CONMED z rozłącznym kablem o długości 3m lub 5m?

4. Dotyczy zadania nr 1, punkt 11. Czy Zamawiający ma na myśli kabel do narzędzi laparoskopowych z wtykiem jednobolcowym od strony aparatu, wtyczka od strony instrumentu 4mm?

5. Dotyczy zadania nr 1, punkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - elektrodę pętłkową, drut 0,4mm wielkość pętli 10mm, średnica pętli 10mm, długość robocza 112mm, długość całkowita 140mm, końcówka średnica 4mm?

6. Dotyczy zadania nr 1, punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - elektrodę pętłkową, drut 0,4mm wielkość pętli 15mm, średnica pętli 15mm, długość robocza 115mm, długość całkowita 143mm, końcówka średnica 4mm.

7. Dotyczy zadania nr 1, punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową prostą, długość robocza 116mm, końcówka średnica 4mm?

8. Dotyczy zadania nr 1, punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową zagiętą, długość robocza 116mm, końcówka średnica 4mm?

9. Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 12 i 13 – szczotek czyszczących.

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zał. nr 1 do SIWZ:

Ad/1 Zamawiający uprzejmie informuje że wykreśla z zadania nr 1, punktu 1 i 2 określenie Ergo Pen.

Ad/2 Tak, dopuszczamy

Ad/3 Tak, dopuszczamy

Ad/4 Tak, dopuszczamy

Ad/5 Tak, dopuszczamy

Ad/6 Tak, dopuszczamy

Ad/7 Tak, dopuszczamy

Ad/8 Tak, dopuszczamy

Ad/9 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 1, pozycji 12 i 13, tworząc z nich odrębne pakiety (zadania): pozycja nr 12 otrzymuje nr 1/12, pozycja nr 13 otrzymuje nr 1/13.

W imieniu Zamawiającego

Artur Złotowski
Dyrektor ZP ZOZ Otwock