



ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Batorego 44  
tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10  
fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl  
NIP 532-16-63-132; REGON 017235030; KRS 0000129641

---

Pismo dot. : nr spr. 7/2012/1

Otwock, dnia 02.02.2012 r.

Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„**Jednorazową dostawę diatermii chirurgicznej mono i bipolarnej z wyposażeniem dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego**”.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców dot. zał. nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Oto ich treść:

Dotyczy wyposażenia dodatkowego.

Punkt nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny 1-przyciskowy, wtyk 6-pinowy kompatybilny z oferowaną diatermią?

Punkt nr 7. Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga żagielka do konizacji 20x25 mm, długość 115mm, uchwyt 4mm do wymaganego w punkcie nr 3 uchwytu elektrod 4mm?

Punkt nr 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szcypce bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, 2mm, typ A?

**Odpowiedzi Zamawiającego**

Ad/1 TAK  
Ad/2 TAK  
Ad/3 TAK

W imieniu Zamawiającego

**Artur Złotowski**  
Dyrektor